

СВОДКА ОТЗЫВОВ
на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
«Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации
средств измерений» (пересмотр ПМГ 06-2001)

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
В целом по проекту стандарта	ЗАО «Национальный институт стандартов» (Армения)	Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют	-
По всему тексту стандарта	Кыргызстандарт	П. 2.3, абзац 6 – слово «поверка» записать «первичная поверка», т.к. в наименовании стандарта и по всему тексту применяется термин «первичная поверка».	Принято.
Раздел 1, абзац 3	Госстандарт Республики Казахстан	Исключить абзац 3 «Настоящие Правила не определяют порядок взаимного признания утверждения типа и поверки средств измерений между государствами Евразийского экономического союза.»	Принято к сведению. Вместе с тем, в связи с предстоящим вступлением в действие Правил признания результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа странами-участниками Таможенного союза, утвержденных Советом ЕЭС, целесообразно оставить данное уточнение в тексте ПМГ (далее – Правил)
Раздел 2	Госстандарт Республики Беларусь	Заголовок дополнить словами «их первичной поверки и калибровки осуществляется применительно к средствам измерений». Уточнить и дополнить, на каком языке предоставляются копии документов и как поступать в случае, если документы Заявителя, являющимся изготовителем средства измерений, оформлены не на государственном языке государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель заинтересован в признании утверждения типа средства измерений и первичной поверки	Принято частично. Требование оформления документов на русском языке установлено в статье 7 Соглашения.

Раздел 2, пункт 2.3	Госстандарт Республики Беларусь	п. 2.3, первый абзац, последнее перечисление изложить в редакции: «- поверка средства измерений, результаты которой требуется признать, осуществляется поверочной лабораторией государства-участника Соглашения, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством»	Принято. П. 2.4 последнее перечисление изложено в редакции «- поверка средства измерений, результаты которой требуется признать, осуществляется поверочной лабораторией государства – участника Соглашения, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки для средства измерений утвержденного типа».
Раздел 2, пункт 2.5	Госстандарт Республики Беларусь	п. 2.5 изложить в редакции: «Исполнитель в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения поручения от национального органа, направляет Заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы»	Отклонено. П. 2.6 первый абзац изложен в редакции «Национальный метрологический институт или организация, выполняющая функцию метрологических институтов (далее – Исполнитель) в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения поручения от национального органа, направляет Заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы».
Раздел 2, пункт 2.6	Госстандарт Республики Беларусь	п. 2.6: - уточнить, считаем целесообразным сроки выполнения работ по метрологической экспертизе установить не менее <u>30 календарных дней</u> ; - дополнить словами «Программа испытаний СИ должна обеспечивать определение заявленных характеристик СИ в полном объеме»	Отклонено, П. 2.7. первый абзац изложен в редакции «Исполнитель в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня поступления оплаты от Заявителя, проводит метрологическую экспертизу результатов испытаний средства измерений утвержденного типа, получающих признание. Принято частично. П.2.7, второй абзац, перечисление третье указано о проведении испытаний в объеме предусмотренном программой испытаний

Раздел 2, пункт 2.7	Госстандарт Республики Беларусь	<p>п. 2.7, первый абзац изложить в редакции: «Национальный орган при положительных результатах метрологической экспертизы национального метрологического института <u>в срок, не превышающий десяти календарных дней</u>, принимает решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений, установлении межповерочного интервала в соответствии с национальным законодательством, размещает сведения о взаимном признании утверждения типа средства измерений и первичной поверки в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление Заявителю» или</p> <p>«Национальный орган при положительных результатах метрологической экспертизы национального метрологического института в срок, обусловленный <u>периодичностью проведения заседаний Национального органа страны-импортера, но не более 30 календарных дней</u>, принимает решение в отношении признания утверждения типа ...».</p>	<p>Принято частично, п. 2.8, абзацы первый и второй изложены в редакции «Национальный орган при положительных результатах метрологической экспертизы Исполнителя в срок, не превышающий десяти календарных дней, принимает решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений.</p> <p>Национальный орган направляет соответствующее уведомление Заявителю и размещает сведения о взаимном признании утверждения типа средства измерений и первичной поверки в информационном фонде в области обеспечения единства измерений».</p> <p>Отклонено, т.к. порядок принятия решения в странах членах соглашения осуществляется в соответствии с национальным законодательством.</p>
Раздел 2, пункт 2.9	Госстандарт Республики Беларусь	<p>п. 2.9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнить в части «Заявитель, получивший признание...обязан информировать..., о следующем: - об изменении межповерочного интервала», получается, что изготовитель средства измерений будет устанавливать межповерочный интервал в государстве-участнике Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку; - дополнить словами: «Заявитель, получивший признание утверждения типа и первич- 	<p>Отклонено, в связи с тем, что изготовитель не устанавливает, а информирует об изменении интервала между поверками. Решение о возможности изменения интервала между поверками принимает уполномоченный национальный орган.</p> <p>Отклонено, т.к. не входит в рамки Соглашения.</p>

		ной поверки средства измерений или его полномочный представитель, обеспечивает нанесение на средство измерений, и (или, при технической невозможности нанесения на средство измерений) эксплуатационные документы, тип которого утвержден, Знак Государственного реестра (Знак утверждения типа) страны-импортера дополнительно к Знаку своего Государственного реестра», так как нанесение Знака Государственного реестра страны-импортера на СИ устранил несогласование с законодательными актами страны-импортера (в РБ – ИНСТРУКЦИЯ о порядке применения знака утверждения СИ и его форме)	
Раздел 2, пункт 2.10, 2.11, 2.12	Госстандарт Республики Беларусь	<p>п.п. 2.10, 2.11, 2.12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - указать, в какие сроки Заявитель должен предоставить документы в Национальный орган, проводивший признание утверждения описания типа средства измерений и первичную поверку, в случае внесения изменений в описание типа средства измерений, в методику поверки, в случае переименования или изменения формы собственности Заявителя; - дополнить, что в случае, если Заявитель не уведомил об изменениях согласно п.п. 2.10, 2.11, 2.12 национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку, то национальный орган имеет право принять решение о приостановлении признания утверждения типа средства измерений и первичной поверки 	<p>Отклонено. Сроки не устанавливаются, т.к. данная информация предоставляется Заявителем (Изготовителем) по мере необходимости.</p> <p>Отклонено. Т.к. противоречит Соглашению.</p>
Раздел 2, пункт 2.13	Госстандарт Республики Беларусь	<p>п. 2.13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнить, экспертиза материалов метроло- 	Отклонено. Взымание платы исключено по

Раздел 2, пункт 2.13	Госстандарт Республики Беларусь	гической аттестации должна осуществляться исключительно на платной основе, поскольку работы трудоемки, требуют экспертной оценки и не финансируются из государственного бюджета; - первый абзац, третье перечисление дополнить перечень документов методикой калибровки	предложению Госстандарта Республики Казахстан. Отклонено, т.к. не входит в сферу настоящего документа. ПМГ06 признание калибровки не предусмотрено
		п. 2.14 дополнить в редакции: «Признание калибровки средств измерений, выполненной в рамках метрологической аттестации, осуществляется с учетом требований ст. 6 Соглашения. Заявитель предоставляет: - свидетельство (сертификат) о калибровке с обязательной декларацией о прослеживаемости результатов калибровки к международным эталонам системы SI; - методику калибровки, утвержденную в соответствии с национальным законодательством»	Отклонено, т.к. не входит в сферу настоящего документа. ПМГ06 признание калибровки не предусмотрено.
Раздел 2, пункт 2.3, абзац 1	Госстандарт Республики Казахстан	Изложить абзац 1 в следующей редакции: <u>«Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющийся изготовителем средства измерений или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) являющийся импортером/экспортером средств измерений, при условии, что им будут представлены все необходимые документы, а также выполнены возлагаемые на них обязательства настоящих Правил,</u> (далее - Заявитель), заинтересованное в признании утверждения типа средства и (или) его первичной поверки в государстве-участнике Соглашения, представляет в национальный орган по метрологии этого государства-участника Соглашения:»	Отклонено. Ни юридическое лицо, ни индивидуальный предприниматель, являющийся импортером/экспортером средств измерений, не могут обеспечить в полном объеме выполнение положений настоящих Правил. В случае незаинтересованности изготовителя в признании, национальный орган по метрологии государства—участника Соглашения вправе, в соответствии с действующим законодательством, провести собственные испытания в целях утверждения типа единичного экземпляра СИ или его метрологическую аттестацию.

Раздел 2, пункт 2.3, абзац 2	Госстандарт Республики Казахстан	Изложить абзац 2 в следующей редакции: «- заявку на признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, <u>связанных с проведением работ по экспертизе, а также сведения о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону;</u> »	Принято с уточнением «... <u>связанных с проведением работ по экспертизе, оформленную по форме Приложения А, а также сведения о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону, оформленные в форме справки согласно Приложению Б к настоящим Правилам;</u> »
Раздел 2, пункт 2.3, абзацы 5 и 6	Госстандарт Республики Казахстан	Исключить: «- копию программы испытаний; - копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях).»	Принято частично. Исключено требование предоставления копий протоколов испытаний (отчетов об испытаниях).
Раздел 2, пункт 2.3	Министерство экономики Кыргызской Республики	Дополнить пункт следующими абзацами: «...- копию свидетельства о поверке или паспорта с оттисками поверительного клейма или формы оттисков поверительного клейма; - копию аттестата аккредитации поверочной лаборатории, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки средств измерений; - область аккредитации поверочной лаборатории»	Принято. Представление этих сведений предусмотрено в приложении к Справке о прослеживаемости (смотреть Приложение Б к проекту ПМГ)
Раздел 2.3, пункт 2.3 в целом	Агентство «Узстандарт»	Дополнить пункт 2.3 следующим текстом: «- знак, подтверждающий прохождение поверки.» «- копии свидетельства об аккредитации или документ его заменяющий и выписка или копия области аккредитации.»	Принято. Представление этих сведений предусмотрено в приложении к Справке о прослеживаемости (смотреть Приложение Б к проекту ПМГ)
Раздел 2, пункт 2.4	Госстандарт Республики Казахстан	Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «Национальный орган по метрологии в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения заявки, проверяет условия соответствия комплектности документов требованиям пункта 4 настоящих Правил.	Отклонено. Проверка национальным органом по метрологии соблюдения условий Соглашения для проведения процедуры признания не является предметом метрологической экспертизы и не входит в компетенцию метрологического института или ор-

		<p>В случае выполнения условий, передает представленные документы в национальный метрологический институт для проведения метрологической экспертизы.</p> <p>В случае невыполнения условий национальный орган в письменной форме извещает Заявителя об отказе в признании утверждения типа средств измерений. Представленные документы не возвращаются.»</p>	<p>ганизации, выполняющей его функции, ввиду отсутствия у последних полномочий обращаться в национальный орган по метрологии государства-участника Соглашения в случае возникновения вопросов. Перечисленные в данном пункте процедуры проверки относятся к компетенции национального органа.</p> <p>При этом внесено следующее уточнение в первый абзац: «Национальный орган по метрологии в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения заявки, <u>организует проверку</u> условия соответствия комплектности документов требованиям пункта 4 настоящих Правил.», что в принципе не нарушает предложение Госстандарта Республики Казахстан</p>
Раздел 2, пункт 2.4	Министерство экономики Кыргызской Республики	Исключить из абзаца 6 пункта 5 слова «, получающего признание».	Принято
Раздел 2, Пункт 2.5	Госстандарт Республики Казахстан	Пункт 6 изложить в следующей редакции: «При выполнении условий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из метрологических институтов (государственный научный метрологический центр) <u>или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов</u> государства-участника Соглашения.»	Принято частично в редакции: «При выполнении условий, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из национальных метрологических институтов или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства-участника Соглашения.»
Раздел 2, Пункт 2.6, абзац 1	Госстандарт Республики Казахстан	Слова « пяти календарных дней» изложить в следующей редакции « пяти рабочих дней », и далее по тексту заменить слова « календарные дни » на « рабочие дни »	Принято
Раздел 2, Пункт	Госстандарт Республики Казахстан	Изложить абзац 2 пункта 7 в следующей редакции:	Принято частично в следующей редакции:

2.6, абзац 2	лики Казахстан	дакции: «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, определенной правилами, установленными национальным законодательством в области государственного регулирования обеспечения единства измерений, и согласованной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.»	«Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, установленной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств - участников Соглашения. »
Раздел 2, Пункт 2.6, абзац 2	Министерство экономики Кыргызской Республики	Изложить абзац 2 пункта 7 в следующей редакции: «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, установленной национальным законодательством в области государственного регулирования обеспечения единства измерений, и должна быть согласованной с Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. Оплата этих работ осуществляется один раз.»	Принято частично в следующей редакции: «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, установленной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств - участников Соглашения. »
Раздел 2, Пункт 2.6, абзац 2	Агентство «Узстандарт»	Изложить абзац 2 пункта 7 в следующей редакции: «Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости согласно правил, установленных национальным законодательством в области государственного регулирования обеспечения единства измерений.»	Отклонено. Стоимость работ по взаимному признанию должна быть единой для всех государств-участников Соглашения.
Раздел 2, Пункт 2.7	Госстандарт Республики Казахстан	Изложить пункт 8 в следующей редакции: «Исполнитель в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления оплаты от Заявителя, проводит метрологическую экспертизу представленного комплекта документов на признание результатов испытаний и утверждения типа средств измере-	Отклонено. В данном пункте представлены этапы, необходимые для проведения метрологической экспертизы метрологическим институтом или организацией, выполняющей его функции, при подготовке заключения о признании или непризнании результатов испытаний. В данном пункте акцентиру-

		<p>ний.</p> <p>При подготовке заключения Исполнитель проверяет соблюдение следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - испытания средств измерений проведены имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства-участника Соглашения; - испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости средств измерений к национальным эталонам в соответствии с требованиями МОЗМ, МКМВ; - утверждение типа средства измерений осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства-участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством; - утверждение типа средства измерений осуществлено национальным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства-участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством; - информация об утвержденном типе средства измерений размещена на официальном интернет-сайте национального органа по метрологии государства-участника Соглашения; - поверка средства измерений, результаты которой требуется признать, осуществляется поверочной лабораторией государства-участника Соглашения, имеющей полномочия 	<p>ется внимание на процедуре проведения метрологической экспертизы результатов испытаний, а не представленного комплекта документов на признание результатов испытаний и утверждения типа. Это суть разные процедуры.</p>
--	--	---	--

		<p>в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки для средства измерений.</p> <p>- средство измерений соответствует обязательным техническим и метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства измерений государства-участника Соглашения, признающего результаты испытаний (при их наличии);</p> <p>Исполнитель направляет в национальный орган по метрологии заключение о результатах метрологической экспертизы с рекомендацией о признании (непризнании) результатов утверждения типа и/или первичной поверки средства измерений, с соответствующими обоснованиями.</p>	
Раздел 2, Пункт 2.7, абзац 1	Министерство экономики Кыргызской Республики	Заменить в абзаце 1 пункта 8 слова «получающего признание» на слова «получающих признание»	Принято
Раздел 2, Пункт 2.8, абзац 1	Госстандарт Республики Казахстан	Изложить абзац 1 пункта 9 в следующей редакции: «После слов «о признании утверждения типа и..» дополнить «(или) первичной поверки».	Отклонено, так как противоречит сути Соглашения
		Добавить абзац: «В случае признания метрологической аттестации СИ, в оригинале свидетельства (сертификата) ставится штамп регистрации национального реестра средств измерений.»	Принято. Дополнен пункт 2.14 Правил
Раздел 2, Пункт	Агентство «Узстан-	Дополнить пункт 9 новым абзацем в следую-	Отклонено. Не соответствует положениям

2.8 в целом	дарт»	щей редакции: «Межповерочный интервал средств измерений устанавливается в соответствии с законодательством национального органа, признающего результаты испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, первичной поверки средств измерений»	Соглашения. Интервал между поверками устанавливается при утверждении типа по результатам испытаний. В случае признания результатов испытаний и утверждения типа признается и установленный для признаваемого средства измерений и межповерочный интервал
Раздел 2, Пункт 2.8, абзац 1	Министерство экономики Кыргызской Республики	Заменить в абзаце 1 пункта 9 слова «национального метрологического института» на слово «Исполнителя»	Принято
Раздел 2, Пункт 2.10	Госстандарт Республики Казахстан	После слов «о признании утверждения типа и..» дополнить «(или) первичной поверки».	Отклонено
Раздел 2, Пункт 2.11	Госстандарт Республики Казахстан	Исключить: «- копию акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копию акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений) или копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством; - копию программы испытаний (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний); - копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний)».	Принято частично. Исключено требование предоставления копий протоколов испытаний (отчетов об испытаниях).
Раздел 2, Пункт 2.12	Госстандарт Республики Казахстан	Включить представление решения о внесении изменений в методику поверки и (или) об изменении интервала между поверками через уполномоченный орган государства-участника	Принято к сведению. Требуется дополнительное обсуждение на НТКМетр

		Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средств измерений утвержденного типа. Данный факт создаст доверие к законности внесенных изменений	
Раздел 2, Пункт 2.14	Госстандарт Республики Казахстан	Исключить абзац «Взимание платы, связанной с процедурой признания метрологической аттестации, не предусмотрено».	Принято

Руководитель темы
Начальник отдела 104 ФГУП «ВНИИМС»



А.В. Заболотный