

## СВОД ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по проекту ПМГ 06-20XX «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений», поступивших от национальных органов по метрологии

Структурный элемент	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
п. 2.3	НОСМ Республики Армения (исх. от 26.04.2022 г. № НОСМ – 616)	Во втором абзаце текст «а также сведения о прослеживаемости СИ к национальному первичному эталону (форму справки см. прилож. Б)» - заменить на «а также сведения о прослеживаемости СИ к национальному эталону»	Принято, проект откорректирован
п. 2.8	НОСМ Республики Армения (исх. от 26.04.2022 г. № НОСМ – 616)	В абзаце, выделенном зеленым цветом, в тексте «Национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки или первичной поверки, в следующих случаях:» - убрать «и первичной поверки или первичной поверки»	Не обсуждалось на 19-ом заседании РГ ОДМ НТКМетр и требует дополнительного обсуждения на следующем заседании.
п. 2.3	Госстандарт Республики Беларусь (исх. от 14.05.2022 № 04-09/704)	Поддерживаем предлагаемые изменения в полном объеме, в том числе; предложение о включении в комплект документов, представляемых в национальный орган для признания сведений об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства-члена, осуществляющего признание (предоставляются при наличии);	Принято, корректировки проекта не требует

		<p>при первичном признании результатов испытаний и / или первичной поверки, в случаях, если сертификат об утверждении типа средств измерений продлен национальным органом государства - участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средств измерений, представление, в том числе копий программы испытаний/протоколов испытаний (выданных при утверждении типа в государстве - участнике Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средств измерений), а также копий программы испытаний/протоколов испытаний (выданных при продлении утверждения типа в государстве - участнике Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средств измерений) и/или копии заключения метрологической экспертизы;</p>	
п. 2.8	<p>Госстандарт Республики Беларусь (исх. от 14.05.2022 № 04-09/704)</p>	<p>Считаем целесообразным не вносить изменения в указанный пункт, поскольку: комплект документов, представленный не в полном объеме в соответствии с пунктом 2.3, не может быть принят к рассмотрению в целях признания результатов испытаний и / или первичной поверки; пунктом 2.4 ПМГ 06 предусмотрена</p>	<p>Принято, проект откорректирован</p>

		<p>проверка соблюдения условий Соглашения, по результатам которой может быть принято решение об отказе в признании утверждения типа и/или первичной поверки;</p> <p>пунктом 2.7 ПМГ 06 определены условия, которые должны проверяться в рамках метрологической экспертизы комплекта документов. Несоблюдение данных условий может быть отражено в заключении о результатах метрологической экспертизы и в обоснованных случаях являться основанием для принятия решения об отказе в признании утверждения типа и/или первичной поверки;</p> <p>пунктами 2.4 и 2.7 ПМГ 06 предусмотрены условия, которым должны соответствовать представленные документы. Соответственно, в случае выявления существенных несоответствий, может быть принято решение об отказе в признании утверждения типа и/или первичной поверки.</p>	
п. 2.8	<p>Госстандарт Республики Беларусь (исх. от 14.05.2022 № 04-09/704)</p>	<p>Считаем целесообразным при внесении изменений в ПМГ 06-2019 конкретизировать правила назначения интервала времени между поверками (далее - МПИ) для средств измерений, признаваемых в рамках Соглашения. При проведении процедуры признания значение МПИ устанавливается в соответствии с национальным законодательством государства-</p>	<p>Не обсуждалось на 19-ом заседании РГ ОДМ НТКМетр и требует дополнительного обсуждения на следующем заседании.</p>

		<p>участника Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку средств измерений (пункт 2.8 ПМГ 06). На данный момент при признании утверждении типа МПИ устанавливается не более/ указанного в сертификате утверждения типа, выданного в государстве- участнике Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск средств измерений. При существующем подходе если национальным законодательством государства - участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск средств измерений, установлено меньшее значение МПИ, чем национальным законодательством государства - участника Соглашения, признающего результаты испытаний, то при признании утверждения типа средств измерений устанавливается меньшее значение МПИ, что ставит признаваемые средства измерений в невыгодные условия на рынке в сравнении с средствами измерений, утверждение типа которых осуществляется по результатам испытаний.</p>	
п. 2.13	<p>Госстандарт Республики Беларусь (исх. от 14.05.2022 № 04-09/704)</p>	<p>Предлагаем абзац 11 проекта изменений: «Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, организует (в случае внесения изменений в описание типа в части</p>	<p>Принято, проект откорректирован</p>

		<p>метрологических и (или) технических характеристик средства измерений и на безвозмездной основе) проведение метрологической экспертизы представленных документов, и принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки средств измерений, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю» изложить аналогично положениям, установленным в подпунктах 2.5 - 2.8 действующей редакции ПМГ 06 в части организации и проведения метрологической экспертизы.</p> <p>Считаем целесообразным проведение метрологической экспертизы на договорной основе, целью метрологической экспертизы является выявление изменений в методику поверки, описание типа/ средств измерений, внесенными в период действия предыдущего свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений, о которых ранее заявитель не уведомлял, а также в целях установления соответствия средств измерений обязательным техническим и метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства</p>	
--	--	---	--

		измерений, государства - участника Соглашения, признающего результаты испытаний (в случае изменения нац. законодательства). Рекомендуемая стоимость метрологической экспертизы в данном случае может быть уменьшена в сравнении с стоимостью метрологической экспертизы при первичном признании.	
п. 2.13	Госстандарт Республики Беларусь (исх. от 14.05.2022 № 04-09/704)	<p>Предлагаем не вносить изменение в действующую редакцию ПМГ 06 в части абзацев 12 - 15 пункта 2.13 проекта изменений: «В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки.</p> <p>Национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при несоответствии представленного комплекта документов на/ продление признания настоящему пункту;</li> <li>- при установлении недостоверности документов,</li> </ul>	Принято, проект откорректирован

		представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.». Причины нецелесообразности вышеуказанных изменений аналогичны причинам, указанным для пункта 2.8 проекта изменений.	
п. 2.13	Госстандарт Республики Беларусь (исх. от 14.05.2022 № 04-09/704)	Поддерживаем предложение о представлении комплекта документов в случае признания результата первичной поверки.	Принято, корректировки проекта не требует
ПМГ 06 в целом	Госстандарт Республики Беларусь (исх. от 14.05.2022 № 04-09/704)	Предлагаем обсудить внесение изменений в ПМГ 06 в части возможности признания периодической поверки на усмотрение национального органа государства, признающего результаты испытаний и поверки (при отсутствии технической возможности проведения поверки на территории данного государства), поскольку Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (РК, п. Бурабай, 2015) не ограничивает признание только первичной поверкой.	Не обсуждалось на 19-ом заседании РГ ОДМ НТКМетр и требует дополнительного обсуждения на следующем заседании.
п. 2.3	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04)	Первое перечисление второго абзаца предлагаем изложить в следующей редакции: - копию свидетельства (аттестата) о поверке (калибровке, метрологической аттестации или других способов	Не обсуждалось на 19-ом заседании РГ ОДМ НТКМетр и требует дополнительного обсуждения на следующем заседании.

		оценки соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства — участника Соглашения;	
п. 2.3	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	Первое перечисление второго абзаца предлагаем изложить в следующей редакции: - документ, подтверждающий прослеживаемость эталона к национальному эталону государства-участника Соглашения (вариант после обсуждения)	Принято, проект откорректирован
п. 2.3	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	После слов «... документы:» <b>дополнить</b> следующими абзацами:  -«- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описание типа СИ, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа, выданного по результатам продления со следующим сроком действия свидетельства (сертификата);»;  - «- копия приказа о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории	Не обсуждалось на 19-ом заседании РГ ОДМ НТКМетр и требует дополнительного обсуждения на следующем заседании.



		которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа;».	
п. 2.3	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	После предпоследнего абзаца <b>дополнить</b> следующими абзацами:  - «Все копии документов должны быть заверены печатью заявителя.».	Принято, проект откорректирован
п. 2.3	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	Предлагаем внести <b>следующие дополнения</b> в перечень предоставляемых заявителем документов п. 2.3:  - сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства-члена, осуществляющего признание;	Принято, корректировки проекта не требует
п. 2.3	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	Предлагаем внести <b>следующие дополнения</b> в перечень предоставляемых заявителем документов п. 2.3:  - сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства-члена, осуществляющего признание;	Принято, корректировки проекта не требует
п. 2.3	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	Не поддерживаем изложение первого предложения в п. 2.3 в	Принято, корректировки проекта не требует

		<p>следующей редакции:</p> <p>«Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее — заявитель) и/или <b>уполномоченное изготовителем на территории государства-участника Соглашения</b>, заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства — участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства — участника Соглашения:»</p>	
п. 2.8	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	<p>Пятый абзац, первое предложение) предлагаем изложить в следующей редакции:</p> <p>«Национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки или первичной поверки, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при несоответствии представленного комплекта документов пункту 2.3;</li> <li>- при установлении недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных</li> </ul>	<p>Отклонено, т.к. комплект документов, представленный не в полном объеме в соответствии с пунктом 2.3, не может быть принят к рассмотрению в целях признания результатов испытаний и / или первичной поверки;</p> <p>пунктом 2.4 ПМГ 06 предусмотрена проверка соблюдения условий Соглашения, по результатам которой может быть принято решение об отказе в признании утверждении типа и/или первичной поверки;</p> <p>пунктом 2.7 ПМГ 06 определены условия, которые должны проверяться в рамках метрологической экспертизы комплекта документов. Несоблюдение данных условий может быть отражено в заключении о результатах метрологической экспертизы и в</p>

		(сведений), содержащихся в них.»	обоснованных случаях являться основанием для принятия решения об отказе в признании утверждения типа и/или первичной поверки; пунктами 2.4 и 2.7 ПМГ 06 предусмотрены условия, которым должны соответствовать представленные документы. Соответственно, в случае выявления существенных несоответствий, может быть принято решение об отказе в признании утверждения типа и/или первичной поверки.
п. 2.13	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	<p>Предпоследний абзац предлагаем изложить в следующей редакции:</p> <p>Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, <b>организует, при необходимости, проведение метрологической экспертизы представленных документов, и</b> принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.</p>	Принято, корректировки проекта не требует
п. 2.13	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	<p>Последний абзац изложить в следующей редакции:</p> <p>«Национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения</p>	Отклонено, причины нецелесообразности указанных изменений аналогичны причинам, указанным для пункта 2.8 проекта изменений.

		<p>типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки:</p> <p>- при несоответствии представленного комплекта документов на продление признания настоящему пункту;</p> <p>- при установлении недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.»</p>	
п. 2.13	Кыргызстандарт (исх. 25.04.2022 №24-04	<p>Предлагаем внести <b>следующие дополнения</b> в п. 2.13 ПМГ 06-2019:</p> <p>«В случае признания результата первичной поверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет в национальный орган государства — участника Соглашения:</p> <p>- копию свидетельства (аттестата) о поверке (об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства — участника Соглашения;</p> <p>- форму знака поверки</p>	Принято, корректировки проекта не требует

		<p>(свидетельства о поверке);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории;</li> <li>- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории.</li> </ul> <p>Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя».</p>	
--	--	---	--